

一、12 导联动态心电图记录仪参数要求

记录器：

- 1.体积小，重量不超过 80G。
- 2.记录器采用固态式闪存或 SD 闪卡
- 3.具有特殊事件按钮
- 4.12 导联识别

分析软件：

1. 动态心电监护仪软件有证书或经权威机构认证审核
2. 超大存储容量及强大数据库管理功能
3. 具有先进的人工智能分析功能及高级心率变异分析模块或兼有睡眠呼吸暂停综合分析
4. 高性能的起搏器分析功能
5. 稳定性好，抗干扰能力强，符合国际或国内相关产品标准
6. 支持打印预览功能
7. 功能菜单简单，易于操作。
8. 首页能修改功能，加上医院表头

导联数据线：高强度、弹性好，质量好。

二、臂式动态血压监护仪：

一体式可穿戴设计，重量轻，袖带可拆洗

软件功能：

- 1.非易失性闪存存储器
- 2.具有自动重测、自动零位调整功能，通过监护仪上的按钮进行单独的测量
- 3.时间间隔可调 4.提供多种统计图表

仅供参考！